



SOLUCIONES PARA TU LABORATORIO

COA MAGNESIO ESTEARATO

Sin parámetros de prueba Valores observados Valores estándar

1. Descripción: Pasa Blanco fino o casi polvo blanco fino
2. Ensayo de Mg (en muestra seca) 4.13% 3.8 - 5.0%
3. Pérdida por secado (105oC) 3.55% Max 6.0%
4. Acidez/alcalinidad 0,002 ml N% Máx. 1,0 ml N%
5. Metales pesados (como Pb) <0.002% Max 0.002%
6. Estearato de zinc <0.5% Max 0.5%
7. Cloruro <0.02% Max 0.02%
8. Sulfato <0.3% Max 0.3%

Caducidad, Lote

Número de lote: 0000 AL2840

Fecha de fabricación: 2022-03-20

Fecha de nueva prueba: 2027-13-18

